

お客様各位

平成 28 年 10 月  
株式会社にしけい

自動体外式除細動器 AED-2100 の自主改修に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、お客様にご利用いただいている「自動体外除細動器 AED-2100 カルジオライフ」につきまして、製造販売業者である日本光電工業株式会社より、以下期間に出荷されたロットにおいて、AED のセルフテスト時に稀に回路の動作不良によりバッテリーを大量に消費してしまう現象が発生している事が判明したとの報告がありました。

そのため、万一発生してもバッテリーの消費を回避できるように、AED のソフトウェアを修正する自主改修を 10 月下旬より順次実施するとの報告を受けております。

【改修の対象製品】

・ A E D 2 1 0 0

平成 25 年 6 月 26 日から平成 26 年 12 月 26 日までの間に出荷された製品が対象

詳しくは、日本光電工業株式会社のホームページをご確認ください。

[http://www.nihonkohden.co.jp/20161011\\_aed2100.html](http://www.nihonkohden.co.jp/20161011_aed2100.html)

この度はお客様にはご心配をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

【本件に関するお問い合わせ窓口】

株式会社にしけい

営業本部

T E L : 092-281-8505